

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Gói thầu: “Cung cấp đồng hồ oxy, bình làm ấm oxy và lưu lượng kế năm 2026”



Bệnh viện Nguyễn Tri Phương có kế hoạch tổ chức xét chọn đơn vị “Cung cấp đồng hồ oxy, bình làm ấm oxy và lưu lượng kế năm 2026” với nội dung như sau:

ST T	DANH MỤC	YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SL	GHI CHÚ
1	Đồng hồ oxy	<ul style="list-style-type: none">- Loại dùng cho bình oxy , điều chỉnh khí cho bệnh nhân thở.- Có tem kiểm định đồng hồ của cơ quan chức năng.- 01 thiết bị chính với cột lưu lượng 15 lít/phút.- 01 Bình tạo ấm oxy, sử dụng nhiều lần.- Áp suất nạp vào tối đa 300 psi/210 bar- Thân bằng đồng thau mạ Crôm , kiểu piston.- Có van giảm áp suất an toàn bên ngoài- Đồng hồ áp suất đường kính 2” 0~315bar- Ống bên trong và bên ngoài bằng nhựa Polycarbonate- Van kiểm soát lưu lượng ngõ ra bằng kim loại.- Áp suất ngõ ra cài đặt tiêu chuẩn 60psi- Kết nối ngõ vào CGA-540	Cái.	100	
2	Bình làm ấm oxy	<ul style="list-style-type: none">- Sử dụng cho bình oxy.- Thân bình bằng nhựa Polycarbonate có độ bền cao.- Bình tạo ấm chịu nhiệt độ cao.- Áp suất làm việc 0,3 MPa/4,5 bar /50psi- Dung tích : 230 ml- Loại hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121°C , áp	Cái	80	

		<p>suất 0,142MPa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lõi lọc Polymer mật độ cao , tạo ẩm đều. - Kích thước ngoài phi 55x125mm. 			
3	Lưu lượng kế gắn tường	<ul style="list-style-type: none"> - Lưu lượng kế oxy loại 0 – 15 lít/phút - Thân bằng đồng thau mạ Crôm , kiểu piston. - Dây chia lưu lượng 15 lít/phút - Ống bên trong và bên ngoài bằng nhựa Polycarbonate. - Van kiểm soát lưu lượng ngõ ra bằng kim loại. - Đầu kết nối với ngõ ra khí chuẩn AFNOR 	Cái	60	
4	Bình làm ẩm oxy	<ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng cho cột lưu lượng. - Thân bình bằng nhựa Polycarbonate có độ bền cao. - Bình tạo ẩm chịu nhiệt độ cao. - Áp suất làm việc 0,3 MPa/4,5 bar /50psi - Dung tích : 250 ml - Loại hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121°C , áp suất 0,142MPa - Lõi lọc Polymer mật độ cao , tạo ẩm đều. - Kích thước ngoài phi 51x190mm. 	Cái	220	

Hồ sơ chào giá phải được nộp trước thời điểm 16 giờ 00, ngày 03 tháng 04 năm 2026 tại phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Địa chỉ 468 Nguyễn Trãi, Phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh. Mọi chi tiết xin liên hệ: 08.39234332 (532) – Phòng HCQT.

Lưu ý: Mỗi nhà thầu chỉ được gửi 01 bảng chào giá. Hồ sơ chào giá khi nộp phải được bảo mật bằng hình thức bỏ vào phong bì niêm phong kín (ký tên và đóng dấu chỗ dán bì thư) và nộp tại phòng Hành chính quản trị của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.


GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

LƯƠNG CÔNG MINH